

СОГЛАСОВАНО

На общем собрании работников
Протокол №2 от 21.02.2022

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий БДОУ г. Омска «Центр
развития ребенка-детский сад № 345»
Приказ №65 от 21.02.2022
_____ О.В.Токарева

М.п.

ИНСТРУКЦИЯ № 51__ по охране труда медицинского кабинета

1. Общие требования охраны труда

1.1. К работе в медицинском кабинете и при проведении процедур допускаются лица с законченным высшим и средним медицинским образованием, имеющие удостоверение о прохождении специализации по физиотерапии, обученные безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004-79, имеющие I группу по электробезопасности. Лица, моложе 18 лет к работе с электро медицинской аппаратурой для УВЧ-СВЧ-терапии не допускаются.

1.2. Медицинский персонал должен проходить обязательный медицинский осмотр при поступлении на работу и периодические осмотры не реже одного раза в год. К работе допускаются лица не имеющие медицинских противопоказаний согласно приказа № 700 Минздрава ССР от 19 июня 1984 г. «О проведении обязательных предварительных и при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров трудящихся, подвергающихся воздействию вредных и неблагоприятных условий труда».

1.3. Медицинский персонал обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ДОУ;
- выполнять инструкции по охране труда;
- владеть приемами оказания первой медицинской помощи при поражении электрическим током;
- немедленно докладывать непосредственно заведующему о каждом несчастном случае, с воспитанником, с работником ДОУ.

1.4. Медицинский персонал должен быть обеспечен:

- санитарно-гигиенической одеждой, спецодеждой, и предохранительными приспособлениями в соответствии с действующими нормами, утвержденными Минздравом СССР;
- мылом и чистыми полотенцами.

1.5. В медицинских кабинетах должны соблюдаться правила пожарной безопасности. Загромождение проходов, захламление помещения не допускается. Прием пищи и курение на рабочих местах запрещается. Для приема пищи необходимо оборудовать специальные помещения.

1.6. Медицинскому персоналу запрещается:

- покидать во время проведения физиотерапевтических процедур кабинет и оставлять больных воспитанников без присмотра;
- разрешать проведение процедур младшим медицинским персоналом, а также самим пациентам.

1.7. Нагревательные приборы системы центрального отопления, трубы отопительной, водопроводной и канализационной систем, находящихся в помещениях, должны быть закрыты деревянными кожухами, окрашены масляной краской по всему протяжению и до высоты, недоступной прикосновению больных воспитанников и персонала во время проведения процедур.

1.8. Металлические корпуса и штативы электро и светолечебных аппаратов, включая переносные, а также подогреватели, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции, подлежат защитному заземлению.

1.9. Полы в медицинском кабинете должны быть гладкими, нескользкими, удовлетворять гигиеническим и эксплуатационным требованиям данного помещения.

1.10. Приточно-вытяжная вентиляция в медицинском кабинете должна обеспечивать нормальные условия работы.

1.11. Пребывание персонала в зоне прямого излучения аппаратов сантиметровых и дециметровых волн запрещается.

2. Требования охраны труда перед началом работы.

2.1. Перед началом работы необходимо:

надеть санитарно-гигиеническую одежду, обувь, спецодежду, предусмотренную действующими нормами;

- убедиться в исправности аппаратов, ограждений, блокировок, заземляющих устройств и в случае обнаружения дефектов немедленно сообщить об этом заведующему, сделав соответствующую запись в специальный журнал;

- все контрольно-измерительные приборы аппаратов подвергнуть проверке в соответствии с установленным порядком;

- проверить исправность и эффективность работы приточно-вытяжной вентиляции;

- удалить пыль с аппаратов сухой тряпкой;

- проверить состояние проводов. Провода, служащие для подключения аппаратов к сети, должны быть изготовлены из гибкого кабеля. Провода, отходящие от аппаратов к больному воспитаннику, должны иметь качественную изоляцию. Целостность проводов необходимо тщательно проверять перед эксплуатацией.

3. Требования охраны труда по время работы

3.1. В медицинском кабинете запрещается:

- находится лицам, не имеющим отношения к работе;

- использовать источники излучения и аппаратуру не по прямому назначению;

- работать на неисправных аппаратах, приборах;

- оставлять без присмотра аппараты, приборы включенные в электросеть электрические приборы;

- работать при отключении систем водоснабжения, канализации и вентиляции;

- работать без установленной спецодежды.

3.2. При проведении процедур необходимо исключить возможность касания проводов электродов к корпусу аппарата или металлическим предметам.

3.3. Воздействие можно проводить через одежду, а также сухую марлевую или чистовую повязку. Влажные марлевые повязки и металлические предметы следует удалять из зоны воздействия.

3.4. При всех манипуляциях с электродами и ручками управления ни в коем случае не применять чрезмерных усилий.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

4.1. При аварии персонал обязан:

- отключить аппарат от электросети;

- при коротком замыкании, обрыве в системах электропитания отключить главный сетевой рубильник в помещении;

- поставить в известность заведующего ДООУ.

4.2. При поражении человека электрическим током и прочих травмах действовать согласно «Инструкции по оказанию первой помощи пострадавшим от электрического тока и других несчастных случаев».

4.3. в помещениях, где находятся электронагревательные приборы, должен быть вывешен указатель о ближайшем месте расположения средства для ликвидации возгорания.

4.4. При возникновении пожара эвакуировать воспитанников ДООУ, вызвать пожарную охрану, до ее прибытия принять возможные меры к тушению пожара при помощи первичных средств пожаротушения.

4.5. При прочих аварийных ситуациях (поломка систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и др.), препятствующих выполнению технологических операций, прекратить работу и сообщить об этом администрации.

5. Требования охраны труда по окончании работы.

5.1. Персонал медицинского кабинета обязан:

- привести в порядок рабочее место;
- аппараты привести в исходное положение, отключить или перевести в режим, оговоренный инструкцией по эксплуатации;
- провести влажную уборку всех помещений;
- проверить выключение электросети и водоснабжения.

Инструкция составлена на основании методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда Минтруда РФ от 06.04.2001 г. № 30

Инструкцию составил: ответственный по ОТ

Дмитриева Е.В.

С инструкцией ознакомлен _____

Экземпляр инструкции получил: _____